



# flandres-analyses

PORT 2551 - QUAI DES MONITORS - C.S. 33158 - F.59377 DUNKERQUE CEDEX 1  
TEL: 03 28 65 88 88 - FAX: 03 28 63 91 08  
contact@flandres-analyses.fr www.flandres-analyses.fr

Agr par :

Le ministre de l'Environnement  
www.labeau.ecologie.gouv.fr

Les ports de Dunkerque,  
de Calais et de Boulogne  
pour les contrôles atmosphériques

Cabinet Expertox  
Mme BIBOLLET Marine  
14 rue Godefroy Cavaignac

75011 PARIS

Vos Ref :

Le 30/06/2015

## RAPPORT D'ANALYSES N° 2015.06.233/00 (v. 1)

Date de réception : 18/06/2015

Préleveur : CLIENT

### ANALYSE DIVERSE

SOLUTION COLLOIDALE D'ARGENT DU 16/06/2015

Début d'analyses le : 20/09/2017

Analyse	Unité	Norme	Résultat	Observations
MINERALISATION METAUX Eau Régale		Selon NF EN ISO 15587-1	<b>20/09/2017</b>	
ARGENT (ICP-MS)	$\mu\text{g/l}$	NF EN ISO 17294-2	<b>41000</b>	
FILTRATION				
ARGENT DISSOUS (ICP-MS) (filtré 0.45 $\mu\text{m}$ )	$\mu\text{g/l}$	NF EN ISO 17294-2	<b>39360</b>	

Note : l'incertitude de mesure estimée pour la détermination de la teneur en argent dans la solution est de 10 %.

J. BARDEL, PDG

J. BOLLENGIER

Annule et remplace tout éventuel rapport (partiel ou complet) précédent.  
Ce rapport comporte 1 page(s).

1 / 1

